

Answer your unmet needs, covering  
an extensive range

Baxter

for Reducing Adhesions.

## 창상피복재(ADEPT)

■ **사용목적** : 외과 및 산부인과 수술시 발생하는 조직의 유착형성을 감소시키는 목적으로 복막내 점적 주입한다.

■ **사용방법** :

1. 어덥트(ADEPT)의 외부 포장을 뜯어내고, 스탠드에 어덥트를 건다.
2. 스파이크 포트(spike port)에 있는 twist-off tab을 제거한 후, 복강경에 연결하기 위해 일반적으로 제공되는 세트 또는 개복 수술시 복강안으로 조제 용액을 직접 투여하기 위해 제공되는 세트를 스파이크 포트에 삽입한다.
3. 어덥트는 수술 중에는 세척 용액으로 그리고 수술 후에는 점적 주입액으로 사용한다. 이 용액은 제공된 세트나 복강경을 통하여 주입한다. 또는 멸균된 수반(basin)에 담은 후 주사기나 캐놀라(cannula)를 사용하여 적용한다
4. 수술 과정 중 세척액으로 사용할 때, 매 30분 간격으로 최소 100mL를 복강내에 투여해야 한다.
5. 남아 있는 용액을 제거한 후, 마지막 주입액을 적용한다.
6. 복강을 폐쇄하거나 복강경을 제거하기 전에 최소한 1 리터의 어덥트를 최종 주입 한다. 수술 부위에 투여하고 남은 용액은 복강 전체에 분배하여 적용한다.
7. 사용하지 않은 용액과 용기는 수술실 생물학적 위험물의 일반적인 처리과정에 따라 폐기한다.

■ **사용시 주의사항**

1. 금기

전분유래 폴리머에 대한 알레르기가 있거나 말토오스(maltose) 또는 이소말토오스(isomaltose)에 내성이 있는 환자에게 사용해서는 안된다.

2. 사용상의 주의사항

- 1) 본 제품은 소아에게 사용하는 것을 권장하지 않는다.
- 2) 아이코덱스트린이 임신이나 수유에 영향이 있다는 제한적인 비임상시험 자료가 있다. 그러므로, 임신중이거나 수유중일 때 본 제품을 사용하지 않아야 한다. 임신 가능성이 있는 여성의 경우 적절한 피임을 해야 한다.
- 3) 본 제품의 궁극적인 사용목적은 약물을 투여하지 않는 것이다. 그러나 필요시에 약물을 투여할 수 있는 투입 포트(injection port)가 용기에 있다.
- 4) 반코마이신(vancomycin), 세파졸린(cefazolin), 암피실린(ampicillin), 플루클록사실린(flucloxacilin), 세파지딴(cefazidim), 겐타마이신(gentamycin), 암포테리신(ampotericin)을 포함한 항생제는 본 제품과 배합금기라는 증거가 없다.

3. 이상반응

- 1) 이상반응은 수술에 따르는 통상적인 반응이다. 7.5% 아이코덱스트린 용액을 사용하는 복막투석 환자들에게서 발진이나 가려움증을 포함한 피부반응이 통상적으로 보고된다. 경우에 따라 피부발진은 박리와 연관된다.
- 2) 본 제품을 사용하는 환자에게서 과민반응이 드물게 보고된다.
- 3) 본 제품 투여에 따른 외음부 부종이 드물게 보고된다. 이는 일반적으로 수일내에 자동적으로 해결된다. 이 반응은 복강경 수술시 세척액의 사용과 점적 주입과 관련된 잘 알려진 반응이다.

4. 사용상의 주의사항

- 1) 용액이 깨끗하지 않거나 용기에 손상이 있을 경우에는 사용하지 않는다.
- 2) 남은 용액은 폐기되어야 한다.
- 3) 본 제품을 혈관 주입용으로 사용하지 않는다.

■ **포장단위** : 1EA/Foil, 5EA/CA

■ **보관방법** : 30℃ 이하 보관, 냉장 또는 냉동하지 말 것

■ **수입자** : (주)박스터, 서울시 중구 다동 10 한국관광공사빌딩 5층

■ **제조원** : Baxter AG(오스트리아)

■ **수입품목허가번호** : 제 수허 08-845호

※ 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상 또는 사용상의 부주의에 기인하지 아니한 제품의 하자 발생시 구입처 혹은 본사(02-6262-7100)에서 교환하여 드립니다.

일회용 멸균 의료기기

G14008

Take the lead, feel comfortable  
and apply the finishing touch

for Reducing Adhesions.

## 창상피복재(ADEPT)

■ **사용목적** : 외과 및 산부인과 수술시 발생하는 조직의 유착형성을 감소시키는 목적으로 복막내 점적 주입한다.

■ **사용방법** :

1. 어덥트(ADEPT)의 외부 포장을 뜯어내고, 스탠드에 어덥트를 건다.
2. 스파이크 포트(spike port)에 있는 twist-off tab을 제거한 후, 복강경에 연결하기 위해 일반적으로 제공되는 세트 또는 개복 수술시 복강안으로 조제 용액을 직접 투여하기 위해 제공되는 세트를 스파이크 포트에 삽입한다.
3. 어덥트는 수술 중에는 세척 용액으로 그리고 수술 후에는 점적 주입액으로 사용한다. 이 용액은 제공된 세트나 복강경을 통하여 주입한다. 또는 멸균된 수반(basin)에 담은 후 주사기나 캐놀라(cannula)를 사용하여 적용한다
4. 수술 과정 중 세척액으로 사용할 때, 매 30분 간격으로 최소 100mL를 복강내에 투여해야 한다.
5. 남아 있는 용액을 제거한 후, 마지막 주입액을 적용한다.
6. 복강을 폐쇄하거나 복강경을 제거하기 전에 최소한 1 리터의 어덥트를 최종 주입 한다. 수술 부위에 투여하고 남은 용액은 복강 전체에 분배하여 적용한다.
7. 사용하지 않은 용액과 용기는 수술실 생물학적 위험물의 일반적인 처리과정에 따라 폐기한다.

■ **사용시 주의사항**

1. 금기

전분유래 폴리머에 대한 알레르기가 있거나 말토오스(maltose) 또는 이소말토오스(isomaltose)에 내성이 있는 환자에게 사용해서는 안된다.

2. 사용상의 주의사항

- 1) 본 제품은 소아에게 사용하는 것을 권장하지 않는다.
- 2) 아이코덱스트린이 임신이나 수유에 영향이 있다는 제한적인 비임상시험 자료가 있다. 그러므로, 임신중이거나 수유중일 때 본 제품을 사용하지 않아야 한다. 임신 가능성이 있는 여성의 경우 적절한 피임을 해야 한다.
- 3) 본 제품의 궁극적인 사용목적은 약물을 투여하지 않는 것이다. 그러나 필요시에 약물을 투여할 수 있는 투입 포트(injection port)가 용기에 있다.
- 4) 반코마이신(vancomycin), 세파졸린(cefazolin), 암피실린(ampicillin), 플루클록사실린(flucloxacilin), 세파지딴(cefazidim), 겐타마이신(gentamycin), 암포테리신(ampotericin)을 포함한 항생제는 본 제품과 배합금기라는 증거가 없다.

3. 이상반응

- 1) 이상반응은 수술에 따르는 통상적인 반응이다. 7.5% 아이코덱스트린 용액을 사용하는 복막투석 환자들에게서 발진이나 가려움증을 포함한 피부반응이 통상적으로 보고된다. 경우에 따라 피부발진은 박리와 연관된다.
- 2) 본 제품을 사용하는 환자에게서 과민반응이 드물게 보고된다.
- 3) 본 제품 투여에 따른 외음부 부종이 드물게 보고된다. 이는 일반적으로 수일내에 자동적으로 해결된다. 이 반응은 복강경 수술시 세척액의 사용과 점적 주입과 관련된 잘 알려진 반응이다.

4. 사용상의 주의사항

- 1) 용액이 깨끗하지 않거나 용기에 손상이 있을 경우에는 사용하지 않는다.
- 2) 남은 용액은 폐기되어야 한다.
- 3) 본 제품을 혈관 주입용으로 사용하지 않는다.

■ **포장단위** : 1EA/Foil, 5EA/CA

■ **보관방법** : 30℃ 이하 보관, 냉장 또는 냉동하지 말 것

■ **수입자** : (주)박스터, 서울시 중구 다동 10 한국관광공사빌딩 5층

■ **제조원** : Baxter AG(오스트리아)

■ **수입품목허가번호** : 제 수허 08-845호

※ 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상 또는 사용상의 부주의에 기인하지 아니한 제품의 하자 발생시 구입처 혹은 본사(02-6262-7100)에서 교환하여 드립니다.